

Poznań, 2010-10-22

ZP 06/2010

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż, dostarczenie, rozładowanie i uruchomienie autoklawu ze zintegrowanym systemem próżniowym oraz kolumny jonowymiennej i konduktometru do zasilania autoklawu wodą dejonizowaną.

W dniu 21.10.2010 roku od Wykonawcy do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W nawiązaniu do specyfikacji dot. przetargu nieograniczonego na SPRZEDAŻ, DOSTARCZENIE, ROZŁADOWANIE I URUCHOMIENIE AUTOKLAWU ZE ZINTEGROWANYM SYSTEMEM PRÓŻNIOWYM oraz kolumny jonowymiennej i konduktometru do zasilania autoklawu wodą dejonizowaną, postępowanie nr ZP 06/2010, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu o pojemności roboczej wynoszącej 140 litrów ?
2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu o wymiarach komory sterylizacyjnej wynoszących: 500 x 700mm (średnica x głęb.)?
3. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu o wymiarach zewnętrznych wynoszących 1200 x 600 mm (szer. x gł.) z zamkniętą oraz z otwartą pokrywą?
4. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu z pokrywą wyposażoną w uchwyt, który nie wystaje poza gabaryty zewnętrzne autoklawu?
5. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu o mocy minimalnie większej niż określona przez Zamawiającego, wynoszącej 7,5 kW?
6. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie typowego autoklawu pionowego bez możliwości jego instalacji w wersji poziomej?
7. Czy Zamawiający wymaga, aby wbudowany wyświetlacz graficzny LCD przedstawiał kolejne etapy cyklu sterylizacji w postaci wykresu?
8. Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie informacje i komunikaty na panelu sterowania autoklawu były wyświetlane w języku polskim?
9. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający posiada źródło wody dejonizowanej czy też wymaga dostarczenia aparatury do dejonizowania wody wraz z dostawą autoklawu?

10. W związku z faktem, że Zmawiający wymaga systemu próżni frakcjonowanej i systemu suszenia próżniowego, proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga również możliwości programowania ilości pulsów (funkcja niezbędna w przypadku systemu suszenia)?
11. Czy Zamawiający wymaga, aby autoklaw był wyposażony we wbudowaną drukarkę, służącą do wydruku parametrów procesu sterylizacji?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Zamawiający nie zgadza się na zaoferowanie autoklawu o pojemności roboczej wynoszącej 140 litrów.
2. Zamawiający nie zgadza się na zaoferowanie autoklawu o wymiarach komory sterylizacyjnej wynoszących: 500 x 700mm (średnica x głęb.).
3. Zamawiający nie zgadza się na zaoferowanie autoklawu o wymiarach zewnętrznych wynoszących 1200 x 600 mm (szer. x gł.) z zamkniętą oraz z otwartą pokrywą.
4. Zamawiający zgadza się na zaoferowanie autoklawu z pokrywą wyposażoną w uchwyt, który nie wystaje poza gabaryty zewnętrzne autoklawu.
5. Zamawiający zgadza się na zaoferowanie autoklawu o mocy minimalnie większej niż określona przez Zamawiającego, wynoszącej 7,5 kW?
6. Zamawiający nie zgadza się na zaoferowanie typowego autoklawu pionowego bez możliwości jego instalacji w wersji poziomej.
7. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby wbudowany wyświetlacz graficzny LCD przedstawiał kolejne etapy cyklu sterylizacji w postaci wykresu.
8. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby wszystkie informacje i komunikaty na panelu sterowania autoklawu były wyświetlane w języku polskim.
9. Zamawiający wymaga dostarczenia aparatury do dejonizowania wody wraz z dostawą autoklawu zgodnie ze siwz.
10. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga możliwości programowania ilości pulsów w systemie suszenia próżniowego.
11. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby autoklaw był wyposażony we wbudowaną drukarkę, służącą do wydruku parametrów procesu sterylizacji.

Powyższe odpowiedzi należy uwzględnić w treści oferty.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bezmian.

Podpisała z-ca Dyrektora Instytutu

mgr Małgorzata Strecker