

Poznań, 2010-11-29

ZP 07/2010

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż, dostarczenie, rozładowanie, podłączenie i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego tj. Instytucie Genetyki Człowieka PAN przy ul. Strzeszyńskiej 32 w Poznaniu, 8 szt. fabrycznie nowych DYGESTORIÓW CERAMICZNYCH oraz zdemontowanie, wyniesienie we wskazane przez Zamawiającego miejsce 8 szt. dygestoriów istniejących,

Uprzejmie informuję, że od Wykonawców do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W nawiązaniu do art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwracamy się do Zamawiającego z następującym pytaniem:

Dot. Zapisu SIWZ pkt. 16- Istotne postanowienia umowy (wzór umowy) p-pkt. 16.2 ust.2-Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przez zapis "zmiana ceny umowy ze względu na zmianę stawki podatku VAT" rozumie, że zmianie ulegnie wartość podatku VAT i wartość oferty brutto przy zachowaniu wartości netto zgodnie z ofertą złożoną w dniu 02.12.2010r.?

oraz

1. Czy Zamawiający wymaga, aby do obowiązków wykonawcy składających się na przedmiot niniejszego zamówienia należało także wykonanie pomiarów przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych oraz wykonanie pierwszego próbnego uruchomienia oferowanych dygestoriów?
2. Czy z pomiarów prędkości powietrza w kanałach wentylacyjnych (przeznaczonych do podłączenia dygestoriów) należy sporządzić odpowiedni protokół?
3. Czy Zamawiający żąda (w dniu składania ofert) zaprezentowania któregoś z opisanych w SIWZ dygestoriów?
4. Czy wszystkie katalogi, ulotki lub instrukcje obsługi oferowanych wyrobów muszą być napisane w j. polskim?
5. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane dygestorium posiadało deklarację zgodności CE i czy taką deklarację należy załączyć do oferty?
6. Czy oferowane dygestorium musi być wykonane bez użycia materiałów drewnopochodnych (tzn. bez użycia np. płyt wiórowych czy płyt OSB)?
7. Czy producent dygestorium lub oferent winni posiadać certyfikat systemu zarządzania jakością (czy do oferty należy załączyć ważny certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania mebli laboratoryjnych, wydany przez jednostkę uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów jakości w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z późniejszymi zmianami)
8. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej katalogów ze zdjęciami oferowanego dygestorium i Dokumentacji Techniczno – Ruchowej potwierdzających parametry techniczne oferowanego urządzenia?

9. Czy Zamawiający wymaga, aby transport, rozładunek i montaż wykonywane były przez autoryzowany serwis producenta i czy do oferty należy dołączyć kopie odpowiednich uprawnień (jeżeli są one wymagane przez odpowiednie ustawy) osób wykonujących wyżej wymienione czynności?
10. Czy blaty robocze w dygestoriach (wykonane z ceramiki monolitycznej) winny spełniać normy w zakresie odporności chemicznej, wytrzymałości mechanicznej, mrozoodporności i bezpieczeństwa użytkowania i czy odpowiednie atesty oraz certyfikaty należy załączyć do oferty?
11. Czy oferowane dygestoria muszą być zgodne z Polską Normą PN IEC 60364-4-41, a w szczególności posiadać zabezpieczenia przed porażeniem w wyniku dotyku bezpośredniego?
12. Czy Zamawiający wymaga, aby blaty ceramiczne w oferowanych dygestoriach miały podniesione obrzeże z 4 stron, ale nie doklejane?
13. Czy Zamawiający dopuszcza, aby pokrętła zaworów (gaz, woda, itp.), wyłącznik główny, wyłącznik nadprądowy, wskaźnik prawidłowego przepływu powietrza i wyłącznik oświetlenia komory roboczej umieszczone były na panelach instalacyjnych z boków okna frontowego, ponad poziomem blatu roboczego?
14. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej minimum 5 próbek ceramiki monolitycznej w różnych kolorach celem poddania ich np. próbom na zarysowanie, zaplamienie, odporność mechaniczną?
15. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane dygestorium posiadało wysuwane szafki podblatowe (bez konieczności demontowania pozostałych elementów dygestorium)?
16. Czy oferowane dygestorium musi posiadać blat ceramiczny prostokątny o grubości minimum 28 mm?
17. Czy szafki pod blatem dygestorium muszą być podłączone do niezależnego kanału wentylacyjnego?
18. Czy Zamawiający dopuszcza metalową szafkę pod dygestorium?
19. Czy Zamawiający dopuszcza dygestorium o wymiarach zewnętrznych 1200 x 950 x 2400 mm?
20. Czy zdemontowane dygestoria muszą być wywiezione przez oferenta poza siedzibę Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, wartość netto złożonej oferty nie ulegnie zmianie, zmieni się podatek VAT i kwota brutto oferty. Na tę okoliczność zostanie sporządzony aneks do umowy.

oraz

1. Zamawiający wymaga, aby do obowiązków wykonawcy składających się na przedmiot niniejszego zamówienia należało także wykonanie pomiarów przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych oraz wykonanie pierwszego próbnego uruchomienia oferowanych dygestoriów.
2. Zamawiający wymaga, aby z pomiarów prędkości powietrza w kanałach wentylacyjnych (przeznaczonych do podłączenia dygestoriów) sporządzić odpowiedni protokół
3. Zamawiający nie wymaga, aby (w dniu składania ofert) zaprezentowano któreś z opisanych dygestoriów.
4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ulotki lub instrukcje obsługi wyrobów były napisane w języku polskim.
5. Zamawiający wymaga, aby oferowane dygestoria posiadały deklarację zgodności CE i taką deklarację należy załączyć do oferty.
6. Zamawiający nie wymaga, aby dygestoria były wykonane bez użycia materiałów drewnopochodnych (tzn. bez użycia np. płyt wiórowych czy płyt OSB).
7. Zamawiający nie wymaga, aby producent dygestoriów lub oferent posiadał certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania mebli laboratoryjnych,

- wydany przez jednostkę uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności..
8. Zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej katalogów ze zdjęciami oferowanego dygestorium i Dokumentacji Techniczno – Ruchowej potwierdzających parametry techniczne oferowanego urządzenia.
 9. Zamawiający nie wymaga, aby transport i rozładunek wykonywane były przez autoryzowany serwis producenta.
 10. Zgodnie z załącznikiem nr 5 pkt. 17 do SIWZ.
 11. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza..
 12. Zamawiający wymaga, aby blaty ceramiczne w oferowanych dygestoriach miały podniesione obrzeże z 4 stron, nie doklejane.
 13. Zamawiający nie dopuszcza, aby pokrętła zaworów (gaz, woda, itp.), wyłącznik główny, wyłącznik nadprądowy, wskaźnik prawidłowego przepływu powietrza i wyłącznik oświetlenia komory roboczej umieszczone były na panelach instalacyjnych z boków okna frontowego, ponad poziomem blatu roboczego.
 14. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty przetargowej minimum 5 próbek ceramiki monolitycznej w różnych kolorach celem poddania ich np. próbom na zarysowanie, zaplamienie, odporność mechaniczną.
 15. Zamawiający nie wymaga, aby oferowane dygestorium posiadało wysuwane szafki podblatowe (bez konieczności demontowania pozostałych elementów dygestorium).
 16. Zamawiający wymaga, aby blat z ceramiki monolitycznej posiadał minimum 33mm grubości w miejscu podniesienia obrzeża.
 17. Zamawiający wymaga, aby szafki pod blatem były podłączone do kanału wentylacyjnego dygestorium.
 18. Zamawiający nie dopuszcza szafki metalowej pod dygestorium.
 19. Zamawiający dopuszcza dygestorium o wymiarach określonych w załączniku nr 5 pkt. 2 SIWZ.
 20. Zamawiający nie wymaga, aby zdemontowane dygestoria były wywiezione poza siedzibę Zamawiającego.

Powyższe odpowiedzi należy uwzględnić w treści oferty.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bezmian.

Podpisał Dyrektor Instytutu

Prof. dr hab. Med. Jerzy Nowak