

Poznań, dnia 26.10.2009r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości **powyżej 133.000 euro** na:

***dostawę, zainstalowanie i uruchomienie* SYSTEMU DO
ELEKTROMECHANICZNEGO TRÓJWYMIAROWEGO MAPOWANIA
SERCA (NAWIGACJI WEWNĄTRZSERCOWEJ) oraz przeszkolenie
użytkowników**

Zatwierdzam SIWZ

w dniu

ZP 01/2009
CPV 33123000-8

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zawiera:

Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział III Formularz Ofertowy i inne dokumenty dla Wykonawców

załącznik nr 1. do SIWZ	FORMULARZ OFERTOWY z 2 załącznikami.
załącznik nr 2. do SIWZ	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 Prawa zamówień publicznych.
załącznik nr 3.do SIWZ	Wykaz wykonanych dostaw.
załącznik nr 4.do SIWZ	Wykaz osób / podmiotów przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia.
załącznik nr 5 do SIWZ	Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
załącznik nr 6 do SIWZ	Wzór umowy
załącznik nr 7 do SIWZ	Protokół z uruchomienia i przekazania do eksploatacji.

Rozdział I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Instytut Genetyki Człowieka PAN,

Adres: ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań

Tel.: +48(061) 6579 100, fax: +48(061) 823 32 35 e-mail: igcz@man.poznan.pl;
<http://www.igcz.poznan.pl>, NIP: 7811745737

2. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

2.1 Formularz Ofertowy wraz z załącznikami – pisemnie.

2.2 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

2.3 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2.4 Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

W sprawach formalnych:

mgr Małgorzata Strecker Tel. (061) 6579 222 godz. 9:00 – 15:00

W sprawach technicznych:

Prof. dr hab. Maciej Kurpisz Tel. (061) 6579 212 godz. 9:00 – 15:00

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

3.2 Ilekroć w niniejszej Specyfikacji użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zainstalowanie i uruchomienie fabrycznie nowego Systemu do elektromechanicznego trójwymiarowego mapowania serca (nawigacji wewnątrzsercowej) oraz przeszkolenie użytkowników, do odbiorcy, którym jest Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa.

4.2 Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej.

4.3 Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Rozdziale II „Opis przedmiotu zamówienia”.

4.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.6 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Prawo zamówień publicznych.

4.7 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

5.1 Termin realizacji zamówienia w ramach obowiązującej umowy do 8-tygodni od dnia podpisania umowy.

6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

6.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

6.1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

6.1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

6.1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

6.1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

6.2 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów opisanych w pkt. 7 niniejszej Instrukcji, wg formuły „spełnia/ nie spełnia”.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1 Wykonawcy składający ofertę powinni spełnić poniższe warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy) oraz na potwierdzenie ich spełniania złożyć poniższe oświadczenia i dokumenty (zgodnie z art. 25 i 26 ust. 1 ustawy oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 19.05.2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z 2006 r., z późniejszymi zmianami) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane).

Lp.	Wymagane warunki udziału w postępowaniu jakie musi spełnić Wykonawca	Wymagane oświadczenia, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
1.	<p><i>Spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ustawy.</i></p> <p>1.1 <i>Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; (art.22 ust.1)</i></p> <p>1.2 <i>Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; (art.22 ust.2)</i></p> <p>1.3 <i>Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: (art.22 ust 3)</i></p>	<p>1. Oświadczenie – <u>załącznik nr 2 do SIWZ</u></p> <p>1.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, <u>wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.</u></p> <p>1.2.1 Wykaz dostarczonych i zainstalowanych co najmniej 2 systemów w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie - <u>załącznik nr 3 do SIWZ</u></p> <p>1.2.2 Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją, że osoby te lub podmioty uruchomiły przynajmniej 2 systemy i przeszkoliły przynajmniej 2 użytkowników. – <u>załącznik nr 4 do SIWZ</u></p> <p>1.3 Polisa lub inne dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.</p>
2.	<p>2.1 <i>Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy ponieważ:</i></p> <p>2.1 <i>Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.</i></p> <p>2.2 <i>Nie skazano prawomocnie osób fizycznych, wspólników spółki jawnej, partnerów lub członków zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej, członka organu zarządzającego osoby</i></p>	<p>2.1 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – <u>wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.</u></p> <p>2.1.1 Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – <u>wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.</u></p> <p>2.2 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4 - 8 ustawy Pzp– <u>wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.</u></p>

2.3	<p> <i>prawnej, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.</i> </p> <p> <i>Nie jest podmiotem zbiorowym wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.</i> </p>	<p> 2.3 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy Pzp (dotyczy tylko podmiotów zbiorowych) – <u>wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.</u> </p>
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 7.1.2 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik.
- 7.2 Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
- 7.2.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 7.2.2 Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 7.1 ust. 1, pkt. 1.1, pkt.1.3, ust.2.1, pkt.2.1, pkt. 2.1.1, ust.2.2, pkt. 2.2. ust.2.3, pkt. 2.3. i pkt. 7.1.2., powinny być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 7.1 mogą być złożone wspólnie.
- 7.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 19.05.2006 r. (Dz. U. nr 87, poz. 605 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:
- 7.3.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1 pkt. 1.1, 2.1, 2.1.1, 2.3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
- 7.3.2. Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 7.1 pkt. 2.2 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy.

- 7.3.3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.3.1. ppkt. a i c powinny być wystawione, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku dokumentu, o którym mowa w pkt. 7.3.1. ppkt. b – nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
- 7.3.4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 7.3.2. stosuje się odpowiednio.
- 7.3.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę, za wyjątkiem dokumentów, których złożenie Zamawiający dopuścił w języku obcym.
- 7.4. W/w dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub imienna pieczęć z parafą) tj. przez osoby reprezentujące wykonawcę lub przez pełnomocnika upoważnionego do złożenia oferty w jego imieniu. Sposób reprezentacji musi być zgodny z właściwym wypisem z rejestru.

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 8.1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 8.2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
- 8.3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
- 8.4. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
- 8.5. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.
- 8.6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
- 8.7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- 8.8. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, napisanie, przysłonięcie korektorem, itp. powinny być parafowane przez Wykonawcę.
- 8.9. Zaleca się aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
- 8.10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były



- trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
- 8.11 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 8.12 Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez Wykonawcę.
- 8.13 Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. – załącznik nr 5 do SIWZ – jeśli dotyczy
- 8.14 **Na ofertę składają się:**
- 8.14.1 Formularz ofertowy (wzór) - załącznik nr 1 do SIWZ z 2 załącznikami
Zestawienie wymaganych parametrów, warunków technicznych i użytkowych – załącznik nr 1 do formularza ofertowego.
Wymagane warunki gwarancji, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – załącznik nr 2 do formularza ofertowego.
- 8.14.2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ.
- 8.14.3 Wykaz wykonanych dostaw – załącznik nr 3 do SIWZ
- 8.14.4 Wykaz osób / podmiotów przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ
- 8.14.5 Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – załącznik nr 5 do SIWZ.
- 8.14.6 Wzór umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.
- 8.14.7 Protokół z uruchomienia i przekazania do eksploatacji – załącznik nr 7 do SIWZ.
- 8.14.8 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 8.14.9 Polisa lub inne dokumenty.
- 8.14.10 Zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego.
- 8.14.11 Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
- 8.14.12 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego.
- 8.14.13 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik.
- 8.14.14 W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiały reklamowe) dokumenty takie nie będą oceniane przez Zamawiającego i nie będą miały wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty.
- 9. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ**
- 9.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (<http://www.igcz.poznan.pl>), pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, najpóźniej 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
- 9.2 Pytania należy kierować na adres:

Instytut Genetyki Człowieka PAN
ul. Strzeszyńska 32
60-479 Poznań
fax: (061) 823 32 35

- 9.3 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 9.4 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
- 9.5 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz niezwłocznie powiadomi o tym wszystkich Wykonawców oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (<http://www.igcz.poznan.pl>).
- 10. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY**
- 10.1 Wykonawca uwzględniając wszystkie wymagania, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
- 10.2 Cena netto i brutto oraz podatek VAT winny być wyrażone w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Kwoty powinny być wyrażone liczbowo i słownie oraz podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 10.3 Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
- 10.4 Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 10.5 Cena brutto za realizację zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego Formularza cenowego i przedstawiona w składanej ofercie.
- 10.6 Każdy Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
- 11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**
- 11.1 Oferty winny być złożone w siedzibie zamawiającego w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 32, Pok. B/3, w terminie **do dnia 10.12.2009 roku, do godziny 10.00.**
- 11.2.1 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Instytut Genetyki Człowieka PAN, ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań oraz opisane:

Nazwa(firma) Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Instytut Genetyki Człowieka PAN
ul. Strzeszyńska 32
60-479 Poznań

„Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie
SYSTEMU DO ELEKTROMECHANICZNEGO
TRÓJWYMIAROWEGO MAPOWANIA SERCA(nawigacji
wewnątrzsercowej) oraz przeszkolenie użytkowników.”

Nie otwierać przed dniem 10.12.2009 roku., godz. 10.30

- 11.3 Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
- 11.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składanie ofert tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
- 11.5 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty z ofertami wycofywanymi nie będą otwierane.
- 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**
- 12.1 Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 12.2 W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 12.3 Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.
- 12.4 Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
- 13. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT**
- 13.1 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strzeszyńskiej 32 w Poznaniu, w sali konferencyjnej, w dniu 10.12.2009 roku. o godzinie 10.30 .
- 13.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 13.3 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

13.4 Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

14.1 Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

Lp.	Kryterium zasadnicze	Opis	Waga %
1.	Cena brutto	Cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę	100%

14.2 Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana w „Formularzu ofertowym”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

14.3 Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:

$$\text{LICZBA PUNKTÓW} = \frac{\text{Cena najniższa zaproponowana}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100$$

14.4 Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach kryterium ustalonego w pkt 14.3

15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

15.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru.

15.2 O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

15.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust.1 pkt 1 (informację o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej (<http://www.igcz.poznan.pl>) oraz w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.

15.4 Po wyborze oferty najkorzystniejszej i upływie terminu na protest Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została uznana w postępowaniu za najkorzystniejszą do podpisania umowy.



16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonego w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

17.1 Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert podanego w rozdziale I, pkt 11.1

17.2 Kwota wadium: **11.000,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych)**

17.3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp”.

17.3.1 Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Nr konta: **45 10 90 1362 0000 0000 3601 7897**

Z adnotacją „WADIUM” – znak sprawy: ZP 01/2009

17.3.2 W przypadku wniesienia wadium w innej formie należy oryginał dokumentu złożyć **przed upływem terminu składania ofert** (osobiście lub pocztą)- w:

Instytucie Genetyki Człowieka PAN

ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań, pok. B/3

17.4 Zamawiający zwraca wadium w przypadku okoliczności określonych art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z zastrzeżeniem ust. 3.

17.5 Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy tj.:

1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

UWAGA!!!

W związku z powyższym, w treści dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu, muszą zostać określone sytuacje warunkujące wypłacenie kwoty roszczenia z tytułu wadium w momencie otrzymania pierwszego pisemnego żądania, bez konieczności uzasadnienia żądania przez Zamawiającego, o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem **co najmniej jednego z w/w warunków zatrzymania wadium**, określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223 z 2007 r. poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

19. WZÓR UMOWY

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W treści umowy, która nie podlega negocjacom podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Rozdział II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa, zainstalowanie i uruchomienie** SYSTEMU DO ELEKTROMECHANICZNEGO TRÓJWYMIAROWEGO MAPOWANIA SERCA (NAWIGACJI WEWNĄTRZSERCOWEJ) oraz przeszkolenie użytkowników.

PARAMETRY – WARUNKI WYMAGANE	
I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	
1.	Technologia oparta o system pola i czujników magnetycznych pozwalających na bardzo precyzyjną lokalizację cewnika w sercu.
2.	Elektroda jednocześnie z lokalizacją przestrzenną zapisuje potencjał elektryczny serca w danym miejscu (zapis EKG wewnątrzsercowego) dając obraz trójwymiarowej kolorowej mapy jamy serca złożonej z dowolnej ilości punktów umożliwiającą określenie żywotności mięśnia sercowego (odróżnienie tkanki prawidłowej od tkanki uszkodzonej).
3.	Możliwe tworzenie map elektromechanicznych, dostarczających informacji o miejscowej wewnątrzsercowej aktywności elektrycznej rejestrowanej w układzie jedno- lub dwubiegunowym.
II ELEMENTY SKŁADOWE	
4.	Jednostka określająca lokalizację cewnika i elektrody odniesienia oraz przetwarzająca sygnały wewnątrzsercowe oraz EKG z analogowych do cyfrowych.
5.	Zewnętrzne źródło pola elektromagnetycznego.
6.	Interfejs łączący jednostkę określającą lokalizację cewnika i elektrody odniesienia oraz przetwarzająca sygnały wewnątrzsercowe oraz EKG z analogowych do cyfrowych z pozostałymi elementami systemu.
7.	2-pedałowy system służący do akceptacji lub usuwania punktów mapy umożliwiającą operatorowi jednoczesną obsługę cewnika.
8.	Komputer w celu zbierania, obróbki oraz archiwizacji cyfrowych danych pacjentów z wyposażeniem umożliwiającym zapis obrazów na DVD lub CD.
9.	Dwa płaskie monitory 19” – monitor główny oraz dodatkowy.
10.	Klawiatura, myszka.
11.	Laserowa drukarka kolorowa.
12.	Oprogramowanie Windows, kompatybilne z PowerPoint, zapis danych w formacie „dicom”, umożliwiające: ocenę stabilizacji elektrody względem wsierdza, widok dowolnej ilości zapisów sygnałów wewnątrzsercowych oraz EKG, dowolne ustawienie wielkości i położenia wszystkich okien na monitorze, znakowanie anatomiczne struktur oraz punktów i naczyń.
13.	Wózki pod aparaturę i komputer
14.	Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

15.	Deklaracja zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej.
16.	Wniosek lub zgłoszenie wyrobu do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych.
III CEWNIKI DO SYSTEMU	
17.	Elektroda diagnostyczna z czujnikiem magnetycznym – 20 szt.
18.	Elektroda zaopatrzona w igłę umożliwiającą iniekcję w obrębie mięśnia sercowego – 20 szt.
19.	Elektroda referencyjna – 20 szt.

Rozdział III

FORMULARZ OFERTOWY I INNE DOKUMENTY DLA WYKONAWCÓW



Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej

.....
.....

Adres*:

.....

REGON*:

NIP*:

FAX* na który Zamawiający ma przysyłać korespondencję.....

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Instytut Genetyki Człowieka PAN

ul. Strzeszyńska 32

60-479 Poznań

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Dostawę, zainstalowanie i uruchomienie SYSTEMU DO ELEKTROMECHANICZNEGO TRÓJWYMIAROWEGO MAPOWANIA SERCA (NAWIGACJI WEWNĄTRZSERCOWEJ) oraz przeszkolenie użytkowników,

oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

netto: PLN

słownie:

brutto: PLN

słownie:

podatek VAT %, kwota PLN

słownie:

2. Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od do informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach.
10. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

Lp.	Nazwa dokumentu

_____, dnia _____ 2009 roku

 podpis osoby uprawnionej
 do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1
 do formularza ofertowego

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	ZESTAWIENIE PARAMETRÓW, WARUNKÓW WYMAGANYCH
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Oferujemy **dostawę, zainstalowanie i uruchomienie** SYSTEMU DO ELEKTROMECHANICZNEGO TRÓJWYMIAROWEGO MAPOWANIA SERCA (NAWIGACJI WEWNĄTRZSERCOWEJ) **oraz przeszkolenie użytkowników:**

PRODUCENT:

ROK PRODUKCJI: TYP: SERIA:

PARAMETRY – WARUNKI WYMAGANE		Parametry, warunki oferowane przez Wykonawcę TAK / NIE *
I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA		
1.	Technologia oparta o system pola i czujników magnetycznych pozwalających na bardzo precyzyjną lokalizację cewnika w sercu.	
2.	Elektroda jednocześnie z lokalizacją przestrzenną zapisuje potencjał elektryczny serca w danym miejscu (zapis EKG wewnątrzsercowego) dając obraz trójwymiarowej kolorowej mapy jamy serca złożonej z dowolnej ilości punktów umożliwiający określenie żywotności mięśnia sercowego (odróżnienie tkanki prawidłowej od tkanki uszkodzonej).	
3.	Możliwe tworzenie map elektromechanicznych, dostarczających informacji o miejscowej wewnątrzsercowej aktywności elektrycznej rejestrowanej w układzie jedno- lub dwubiegunowym.	
II ELEMENTY SKŁADOWE		
4.	Jednostka określająca lokalizację cewnika i elektrody odniesienia oraz przetwarzająca sygnały wewnątrzsercowe oraz EKG z analogowych do cyfrowych.	
5.	Zewnętrzne źródło pola elektromagnetycznego.	
6.	Interfejs łączący jednostkę określającą lokalizację cewnika i elektrody odniesienia oraz przetwarzająca sygnały wewnątrzsercowe oraz EKG z analogowych do cyfrowych z pozostałymi elementami systemu.	
7.	2-pedałowy system służący do akceptacji lub usuwania punktów mapy umożliwiający operatorowi jednoczesną obsługę cewnika.	
8.	Komputer w celu zbierania, obróbki oraz archiwizacji cyfrowych danych pacjentów z	



	wyposażeniem umożliwiającym zapis obrazów na DVD lub CD.	
9.	Dwa płaskie monitory 19" – monitor główny oraz dodatkowy.	
10.	Klawiatura, myszka.	
11.	Laserowa drukarka kolorowa.	
12.	Oprogramowanie Windows, kompatybilne z PowerPoint, zapis danych w formacie „dicom”, umożliwiające ocenę stabilizacji elektrody względem wsierdza, widok dowolnej ilości zapisów sygnałów wewnątrzsercowych oraz EKG, dowolne ustawienie wielkości i położenia wszystkich okien na monitorze, znakowanie anatomiczne struktur oraz punktów i naczyń.	
13	Wózki pod aparaturę i komputer	
14.	Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.	
15.	Deklaracja zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej.	
16.	Wniosek lub zgłoszenie wyrobu do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych.	
III CEWNIKI DO SYSTEMU		
17.	Elektroda diagnostyczna z czujnikiem magnetycznym – 20 szt.	
18.	Elektroda zaopatrzona w igłę umożliwiającą iniekcję w obrębie mięśnia sercowego – 20 szt.	
19.	Elektroda referencyjna – 20 szt.	

*Wykonawca zobowiązany jest w każdym wierszu wpisać:

TAK – jeśli proponowany sprzęt posiada wymagany parametr/warunki

NIE – jeśli proponowany sprzęt nie posiada wymaganego parametru/warunku

W przypadku nie spełnienia przez oferowany sprzęt jakiegokolwiek parametru lub warunku oferta zostanie odrzucona.

_____, dnia _____ 2009 roku.

 podpis osoby uprawnionej
 do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2
 do formularza ofertowego

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI, SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

NAZWA URZĄDZENIA

.....

ROK PRODUKCJI: TYP: SERIA:

Lp.	Wymagane informacje	Warunki oferowane przez Wykonawcę TAK / NIE *
IOKRES GWARANCJI		
1.	Okres gwarancji na cały SYSTEM - min.24 miesiące	
2.	Okres gwarancji ELEKTROD– 36 miesięcy od daty dostarczenia do odbiorcy	
3.	Graniczny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji – 14 dni roboczych	
4.	Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy lub urządzenia na nowe – 3 naprawy	
5.	Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji – 1 raz na rok	
6.	Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu usterki – max 48 godz.	
7.	Serwis – lokalizacja - Warszawa	
II.....OKRES POGWARANCYJNY		
8.	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i materiałów zużywalnych od daty sprzedaży – min. 10 lat	
9.	Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu usterki – max 48 godz.	

10.	Graniczny czas naprawy po zgłoszeniu usterki – 14 dni	
-----	-------------------------------------------------------	--

*Wykonawca zobowiązany jest w każdym wierszu wpisać TAK lub NIE

W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę jakiegokolwiek punktu z wymaganych warunków gwarancji, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oferta zostanie odrzucona.

_____, dnia _____ 2009 roku.

podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 2 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

.....

(miejscowość i data)

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
OKREŚLONYCH W ART. 22 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę, zainstalowanie i uruchomienie SYSTEMU DO ELEKTROMECHANICZNEGO TRÓJWYMIAROWEGO MAPOWANIA SERCA (NAWIGACJI WEWNĄTRZSERCOWEJ) oraz przeszkolenie użytkowników;,”

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam, że:

1. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

(miejscowość i data)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę, zainstalowanie i uruchomienie SYSTEMU DO ELEKTROMECHANICZNEGO TRÓJWYMIAROWEGO MAPOWANIA SERCA (NAWIGACJI WEWNĄTRZSERCOWEJ) oraz przeszkolenie użytkowników”, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam wykaz wykonanych dostaw.

Lp.	Nazwa i adres Zleceniodawcy	Opis dostawy	Termin wykonania	Wartość (w zł brutto)

Do niniejszego wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie.

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

(nazwa i adres Wykonawcy)

(miejsowość i data)

**WYKAZ OSÓB / PODMIOTÓW PRZEWDZIANYCH
 DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę, zainstalowanie i uruchomienie SYSTEMU DO ELEKTROMECHANICZNEGO TRÓJWYMIAROWEGO MAPOWANIA SERCA (NAWIGACJI WEWNĄTRZERCOWEJ) oraz przeszkolenie użytkowników, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam wykaz osób / podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:

Lp.	Imię i nazwisko osoby / nazwa podmiotu	Kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia	Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoby te lub podmioty uruchomiły przynajmniej 2 SYSTEMY odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia oraz przeszkolili min. 2 użytkowników

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE
WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM**

1	
2	
3	
4	
5	

(powtórzyć tabelę w razie konieczności)

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR ZP

W dniu w Poznaniu pomiędzy Instytutem Genetyki Człowieka PAN, ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, działającym na podstawie wpisu do Rejestru instytutów naukowych PAN nr RIN-VI-59/03 posiadającym nr NIP: 7811745737, REGON:000326428, reprezentowanym przez:

a firmą działającą na podstawie wpisu do....., posiadającą nr NIP:....., REGON:..... zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez

.....
została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne powyżej kwoty 133 000 euro prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. nr 223 z 2007 r. poz. 1655 z późn. zmianami).

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż **systemu do elektromechanicznego trójwymiarowego mapowania serca (nawigacji wewnątrzsercowej)** zgodnie z przyjętą ofertą i siwz stanowiących integralną część niniejszej umowy (załącznik nr 1 i 2), wraz z instalacją, uruchomieniem, instrukcją obsługi w języku polskim i w języku angielskim oraz szkoleniem użytkowników.
2. Odbiorcą sprzętu jest: **Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa.**
3. Wykonawca ponosi koszty związane z transportem i ubezpieczeniem przedmiotu umowy do miejsca przeznaczenia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do: dostarczenia, rozładowania, wniesienia, zainstalowania, uruchomienia sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz do przeprowadzenia szkolenia użytkowników.
5. W trakcie szkolenia użytkowników Wykonawca zobowiązuje się nauczyć ich właściwego posługiwania się wszystkimi dostępnymi funkcjami systemu, w trakcie eksploatacji systemu Wykonawca zobowiązuje się pomagać w rozwiązywaniu pojawiających się problemów oraz udzielać odpowiedzi na pytania użytkowników.

§2

Strony ustalają następujący termin realizacji:

- 1) rozpoczęcie dostawy: od dnia podpisania umowy.
- 2) zakończenie dostawy: 8 tygodni od rozpoczęcia dostawy.
- 3) za termin realizacji umowy uważa się termin dostarczenia wraz z rozładowaniem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §1 ust. 1 oraz przeszkoleniem użytkowników, potwierdzony protokołem z uruchomienia i przekazania do eksploatacji (załącznik nr 3).

§3

1. Za zrealizowanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w wysokości: PLN netto słownie złotych,
podatek VAT: PLN, słownie złotych:,
brutto PLN, słownie złotych
wynikające z przyjętej oferty. Powyższa kwota obejmuje wszelkie koszty związane z transportem, ubezpieczeniem sprzętu do miejsca przeznaczenia, rozładowaniem, wniesieniem do Odbiorcy oraz jego instalacji, uruchomienia i przeszkolenia użytkowników.
2. Należność za dostarczenie całości przedmiotu umowy określonego w § 1, ust.1 Zamawiający prześle przelewem na konto nr w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktury wraz z protokołem z uruchomienia sprzętu i przekazania do eksploatacji.
3. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru i podpisaniu protokołu z uruchomienia i przekazania do eksploatacji przez Odbiorcę i Zamawiającego oraz po przeprowadzeniu szkolenia.

§4

1. Wykonawca udziela, począwszy od dnia zainstalowania **24** miesięcznej gwarancji na zakupiony sprzęt, oraz **36** miesięcznej gwarancji na zakupione elektrody według ogólnie obowiązujących zasad w zakresie udzielania gwarancji.
2. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający złoży reklamację Wykonawcy, który udzieli odpowiedzi na nią w ciągu **2 dni** roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
3. Podczas trwania gwarancji Wykonawca lub jego autoryzowany serwis dokonywać będą bezpłatnych napraw w siedzibie Odbiorcy, rozpoczynając je najpóźniej w ciągu 48 godzin od czasu zgłoszenia naprawy, a zakończą nie później niż w ciągu **14 dni** roboczych.
4. W przypadku przedłużającej się naprawy powyżej ilości dni określonych w ust. 3:
 - 1) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu zamiennego tej samej klasy i o co najmniej równorzędnych parametrach w ciągu **14 dni** od upływu terminu określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 - 2) okres gwarancji zostaje przedłużony o czas, w którym sprzęt nie był sprawny.
5. Trzecia awaria sprzętu w okresie gwarancji jest podstawą do:
 - 1) żądania przez Zamawiającego wymiany sprzętu na nowy o parametrach co najmniej równorzędnych,
 - 2) zobowiązania wykonawcy do dostarczenia sprzętu, o którym mowa w pkt 1 w terminie **21 dni** od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego żądania wymiany sprzętu na nowy.
6. Czas trwania naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż ilość dni określona w ust. 3. Po tym okresie Zamawiający ma prawo zażądać kary umownej określonej w §6 ust. 1, pkt 4 niniejszej umowy, jeśli Wykonawca nie dostarczy sprzętu zamiennego .

§5

Montaż i obsługa serwisowa prowadzone będą przez:

.....
.....

§6

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- 1) w wysokości 0,2% dziennie, wartości netto określonej w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie lub uruchomieniu sprzętu.
 - 2) 15 % wartości sprzętu netto określonej w § 3 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
 - 3) w wysokości 0,2% dziennie wartości sprzętu netto określonej w § 3 ust. 1, odebranego do naprawy gwarancyjnej, w przypadku przedłużenia się naprawy powyżej ilości dni określonych w § 4 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli Wykonawca nie dostarczy sprzętu zamiennego.
 - 4) w wysokości 0,2 % dziennie wartości sprzętu netto określonej w § 3 ust. 1 w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 6, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu sprzętu zamiennego.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 15 % wartości netto sprzętu określonej w § 3 ust. 1, w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223/2007, poz.1655 z późn. zm.).
 3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli opóźnienie dostawy przekroczy 30 dni.

§7

Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu lub uruchomieniu sprzętu może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania.

§8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone powyżej kary umowne.

§10

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o ile ustawa Prawo zamówień publicznych nie przewiduje inaczej.
2. Ewentualne spory na tle wykonania niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§11

Umowa obowiązuje od daty jej podpisania przez obie strony.

§12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

PROTOKÓŁ
z uruchomienia i przekazania do eksploatacji

spisany w dniu pomiędzy:
Wykonawcą

reprezentowanym przez: 1:
2:

a Użytkownikiem/Zamawiającym:

reprezentowanym przez: 1:
2:

w sprawie uruchomienia aparatu – urządzenia:
.....

nr fabrrok prod.

Wynik uruchomienia: aparat sprawny / aparat niesprawny

Firma

udziela użytkownikowi gwarancji na okres **24 miesięcy** do dnia
Gwarancja obejmuje

Bezpłatne szkolenie i instruktaż w zakresie obsługi aparatu udzielono: tak / nie
następującym osobom: 1:.....
2:
3:

Dostarczono instrukcję obsługi w języku polskim: tak / nie
Dostarczono instrukcję obsługi w języku angielskim: tak / nie
Uwagi:

PODPISY PRZEDSTAWICIELI:
WYKONAWCY

UŻYTKOWNIKA/ZAMAWIAJĄCEGO

1:
2:

1:
2: