

Poznań, 2009-11-13

W dniu 12.11. 2009 r. do Zamawiającego wpłynęło od jednego z Wykonawców następujące zapytanie dotyczące postępowania o zamówienie publiczne nr ZP 02/2009.

W nawiązaniu do art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwracamy się do Zamawiającego z następującymi zapytaniami do SIWZ, rozdział II 1 Opis przedmiotu zamówienia:

Dotyczy w Pkt. 6,7,8,9 zapisu; *Klatka po wyjęciu z regału musi stanowić odrębną izolowaną przestrzeń zabezpieczoną filtrem bakteriologicznym i odpowiednimi samozamykającymi się zaworami.*

Czy Zamawiający wymaga zainstalowania dodatkowego poziomego filtracyjnego w klatkach mimo, iż oferowane klatki po wyjęciu z regału są w pełni szczelne i nie wymagają instalacji dodatkowego filtra ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zainstalowania dodatkowego poziomego filtracyjnego w klatkach.